

一氧化碳血红蛋白检测试剂盒(比色法)

产品简介:

一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起的,中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高上百倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用造成组织窒息,对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。

Leagene 一氧化碳血红蛋白检测试剂盒(比色法)检测原理是一氧化碳与血红蛋白结合后,形成樱桃红色的碳氧血红蛋白(HbCO), HbCO 不会被亚硫酸盐还原,而含氧血红蛋白(HbO₂)会被还原, HbCO 吸收峰在 538nm, HbO₂ 吸收峰在 578nm, 取二者比值根据公式可求得 HbCO 含量,主要用于定量检测人、动物血液的一氧化碳血红蛋白或称碳氧血红蛋白的含量。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TC0247	Storage
		50T	
试剂(A): Alkaline Buffer(10×)		100ml	RT
试剂(B): 亚硫酸盐		2g	RT
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、蒸馏水
- 2、比色杯或 96 孔板、分光光度计或酶标仪

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略,如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、每次检查应设正常对照。
- 2、Alkaline Buffer 不要被酸碱污染,同时注意密闭保存。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)