

版本: A3

修改日期: 2023.12.27

浆膜黏蛋白定性检测试剂盒(Rivalta 反应)

产品简介:

渗出液中可含多量浆膜黏蛋白,在酸性条件下可产生白色雾状沉淀,即 Rivalta 反应,又称浆膜黏蛋白定性试验。

Leagene 浆膜黏蛋白定性检测试剂盒(Rivalta 反应), 有乙酸、去离子水等组成。为防止细胞变形、出现凝块或细菌破坏溶解等, 送检及检查必须及时。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0580 100T	Storage
浆膜黏蛋白定性检测试剂盒(Rivalta 反应)	2×500ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、量筒或烧杯、去离子水

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、试剂有腐蚀性, 应小心操作, 避免伤人。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效; 室温运输。

相关产品:

产品编号	产品名称
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)