

大米加工精度检测试剂盒(品红石碳酸染色法)

产品简介:

稻谷、谷子、高粱等是人们为了生产食物而种植的,但是必须先对它们进行碾磨加工,才能蒸煮而食之。为了使米类更加可口,易于消化,促进人们食欲,加工过程中部分或全部地除去糠皮和胚芽,使其具有特别的蒸煮质量、味道和风味。由于加工等级与除去种皮程度有关,因此米类加工精度是作为大米、小米、黍米、稷米或高粱米等米类的定等基础项目。

米类加工精度是指籽粒皮层被碾磨的程度或留皮程度。米类加工精度的高低直接影响着食用品质,但是米类加工精度越高,出米率越低,营养价值也降低。大米加工精度是指米粒脱掉种皮的程度,或背沟和粒面留皮的程度。米类加工精度的检验目前还是采用感官检验法;感官检验法又可分为直接比较法和染色法;其中,染色法是利用米类各不同组织成分对各种染色基团分子的亲和力不同,经染色处理后,米粒各组织呈现不同的颜色,从而判定米类的加工精度。

为了较准确地评定大米的加工精度,可通过苏丹Ⅲ乙醇染色法、品红石碳酸染色法和 EMB 染色法进行检验,即用苏丹Ⅲ乙醇等染色液将标准样品和成品米染色后加以比较,观察留皮的程度。大米加工精度检测试剂盒(品红碳酸染色法)又叫**大米专用染色剂**,主要由石碳酸、乙醇、碱性品红、稀酸、水等组成,可搭配大米加工精度检测仪使用。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TF0600 2×100ml	TF0600 2×500ml	Storage
试剂(A): 品红碳酸染色液	100ml	500ml	RT 避光
试剂(B): 清洗液(2×)	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、标准样品、待检样品
- 2、蒸馏水或自来水、50%乙醇
- 3、电子天平、培养皿或小盘子、量筒、玻璃棒、镊子、放大镜

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略,如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、大米加工精度的检验目前还是采用感官检验方法。感官检验方法又分为直接比较法和染色法。但是无论采用直接比较法还是染色法测定大米加工精度,都是以国家制定的标准样品对照检验,符合哪等标准,就为哪等。
- 2、在制定精度表样时,须参考相关国家标准。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 6个月有效; 常温运输和保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DP0406	植物纤维素染色液(氯碘化锌法)
DZ0040	改良苯酚品红染色液
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC2337	植物硝态氮检测试剂盒(水杨酸比色法)
TO1023	植物丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)